

LABORATORI UTPC PONENT NO APTA PER A TREBALLAR, PER UN NIVELL DE RISC QUÍMIC POTENCIAL 3 I 4.

El passat 4 de maig de 2016 es va realitzar una inspecció al laboratori de la UTPC (Unitat Regional de Policia Científica) de Ponent on va participar la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya, i inspectors de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral de la Generalitat (que en un principi són els que vetllen per la nostra seguretat i salut laboral)

Un mes més tard, el dia 10 de juny de 2016 es va reunir el Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Cos de Mossos d'Esquadra. Un dels punts que **USPAC** va aportar com a prioritari va ser el lamentable estat de les instal·lacions del laboratori de la UTPC Ponent, una vegada vistes les deficiències molt greus que s'havien detectat a la inspecció realitzada al mes de maig.

Ja en la reunió del Comitè, **USPAC** va proposar que les proves que es realitzen al laboratori es traslladessin als laboratoris centrals de l'edifici EGARA de Sabadell, ja que el laboratori de ponent posa en perill la salut i seguretat dels companys/es que hi treballen. La resposta de la administració i de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral de la Generalitat **van dir que no, que esperarien el informe de la Inspecció de Treball (tot i que ells també van estar presents a la inspecció i coneixien la perillositat del seu estat).**

-“GENCAT OPERANDI”: FINS QUE NO PRENEM MAL NO ES FA RES.

-QUI VETLLA DONCS PER LA SEGURETAT I SALUT DELS MOSSOS ???.

-PERQUÈ VOLEM UNA SUBDIRECCIÓ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL, SI ELLS HAN PERMÈS QUE EL LABORATORI DE LA UTPC PONENT FUNCIONI POSANT EN PERILL LA INTERITAT FÍSICA DELS COMPANYS QUE HI TREBALLEN ???

RESUM DE L'ACTA FETA PER INSPECCIÓ DE TREBALL:

-**Risc Químic** al no disposar de totes les fitxes de dades de seguretat dels productes químics que empen o a l'estar en l'idioma NO oficial.

-**Risc Químic** al no funcionar el sistema de ventilació i renovació d'aire del laboratori, ja que no hi ha extractors independents de la resta de dependències de la comissaria.

-**Risc Químic** per NO haver un sistema extracció en el forn de ninhidrina, el qual va al sistema general de l'edifici, i els vapors poden fer cap a altres dependències.

-**Risc Químic** per manca d'enllumenat d'emergència al laboratori.

Risc Químic per als mossos de la dependència contigua, per manca d'estanqueïtat (només els separa una porta), les olors dels productes les reben els companys/es.



moossos d'esquadra

-**Deficiències** al no planificar les mesures correctores que es desprenen dels riscos observats en l'avaluació de riscos.

-**Deficiències** per manca de coordinació entre l'empresa titular del centre de treball (Departament d'Interior) i l'empresa que realitza la neteja de la UTPC Ponent.

-**Risc Químic** per manca de mesures personals d'ordre i neteja, com no disposar de bates de laboratori especials amb tancament de seguretat, i no disposar d'un lloc específic on guardar-les separades de la roba de carrer.

Risc Químic al disposar els agents d'uns guants de treball de vinil no adequats ni certificats per a risc químic ni pel biològic.

-**Risc Químic** per tenir les mascaretes amb filtres multirisc **caducats i no certificats**, així com de mascaretes autofiltrants **no certificades**.

-**Risc Químic** per emmagatzematge de productes químics que poden donar lloc a incendis, per exemple productes químics com Ardox (metanol) o Ninhidrina (base d'eter de petroli), i que s'emmagatzemen en armaris de fusta o en un frigorífic no adequat (no antideflagrant).

-**Deficiències** per manca de comprovació i manteniment periòdic de la campana extractora ASEM en quan a l'extracció de gasos. NO consta cap revisió/comprovació.

-**Deficiències** al no constar ni estar planificada una avaluació quantitativa dels agents químics amb nivells de riscos avaluats de grau 2, 3 i 4.

-**Deficiències** en no constar la vigilància de la salut en els treballadors del laboratori o de la sala o despatx adjunt on han notat la olor dels productes químics.

La inspecció del departament de treball conclou:

Hi ha un risc Químic evident en les activitats amb agents químics que estan avaluades amb un nivell de risc potencial 3 i 4, i en les mesures correctores que s'han de realitzar amb prioritat alta i immediata.

Així doncs podem dir que el Departament de Treball ha dit quelcom igual que va denunciar **USPAC**, i no és una altra cosa que la seguretat del laboratori és nul·la.

Continuarem denunciant tots aquells centres de treball que tinguin deficiències evidents de seguretat.

Per tot això exposat anteriorment, sol·licitem:

Que el Departament d'Interior faci cas a les peticions d'**USPAC**, i a les indicacions del Departament de Treball, i tanqui el laboratori de la UTPC Ponent fins que reuneixi les mesures de seguretat òptimes per a treballar amb total tranquil·litat. Senyors de la DGP, deixin de jugar amb la nostra seguretat i salut laboral.

LA SEGURETAT I SALUT DELS MOSS@S PER DAMUNT DE TOT.

Catalunya, 16 de juliol de 2016

